

## Baie cu ultrasunete

- Curățare agresivă prin ultrasonare a sticlăriei de laborator, a probelor și substraturilor
- Dispersare nanoparticule
- Valoarea de referință de energie monitorizează continuu cantitatea de energie în Jouli (wați x secunde), care este livrată sondei și termină ultrasunetele atunci când a fost distribuită cantitatea dorită de energie. Precizia digitală și repetabilitatea asigură respectarea celui mai exigent protocol. Controlul variabil al puterii de ieșire permite setarea vibrațiilor ultrasonice la vârful sondei la orice amplitudine dorită. Nivelul de ieșire selectat este afișat clar pe ecran. Instrucțiunile de completare a golurilor conduse de meniu oferă ghidare intuitivă prin toate funcțiile

